



Nr sprawy ZP/PN/01/2015

Gdynia, dnia 02 listopada 2015 r.

**Wykonawcy w biorący
udział postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę ambulansu typu c wraz z wyposażeniem dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ”.

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ z siedzibą w Gdyni (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej pytania i odpowiedzi, jakie złożyli Wykonawcy:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h, np. z uwagi na zgłoszenie naprawy w dniach ustawowo wolnych od pracy.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. UWAGA zmiana zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy w zakresie §8 ust. 11 i 12 oraz załącznika nr 1a do SIWZ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – parametry wymagane użytkowo – techniczne dla pojazdu i wyposażenia.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ambulans sanitarny wyposażony w radio samochodowe oraz oddzielną nawigację z co najmniej mapą Polski.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3 dotyczy §8 ust. 15 i 16 wzoru umowy:

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy §8 ust. 15 i 16 z uwagi, iż nie dotyczą prowadzonego postępowania.

Odp.: Zamawiający wykreślił ze wzoru umowy z §8 ustępy 15 i 16. UWAGA zmiana zapisów załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy w zakresie §8 ust. 15 i 16.

Zamawiający, informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ, w ten sposób, że:

- 1) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z §8 Zamawiający usunął ustęp 15 i 16. Po tych zmianach we wzorze umowy w zakresie §8 pozostały zapisy w ustępach od 1 do 14.
- 2) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z §8 ustęp 11 po zmianach zapisów otrzymuje następujące brzmienie: " **Termin dokonania naprawy zgłoszonych usterek i awarii wyposażenia i sprzętu medycznego nie może przekroczyć 14 (czternastu) dni od daty jej zgłoszenia Wykonawcy lub innemu gwarantowi. Początkiem rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest zgłoszenie w formie pisemnej reklamacji. Naprawa lub wymiana na nowy wyposażenia i sprzętu medycznego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie 72 godz. od zgłoszenia.**
- 3) W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy z §8 ustęp 12 po zmianach zapisów otrzymuje następujące brzmienie: " **W przypadku naprawy sprzętu medycznego trwającego dłużej niż 72 godziny, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy. Wykonawca dostarcza ww. sprzęt medyczny wolny od wad do siedziby Zamawiającego w terminie do 84 godzin od zgłoszenia awarii.**
- 4) W załączniku nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia – parametry wymagane użytkowo – techniczne dla pojazdu i wyposażenia ustęp 6 pkt d) otrzymuje następujące brzmienie: "**wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia**"

Tekst jednolity SIWZ po modyfikacji zapisów w załączeniu.

Z poważaniem

*Dyrektor
Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Gdyni
mgr Beata Pająk Michałik*